

မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်  
 ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဝယ်ယူမည့် ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏  
 အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များ

**Lot 4: Lab Use Deep Freezer 300L (0°C to -25°C)**

No.	Item & Quantity	Specifications
1	Lab Use Deep Freezer 300L (0°C to -25°C) (1) No	Settable temperature range of -1 to -25°C, Volume 200-300L, Digital temperature control, Adjustable shelves, Lockable, high-quality steel door

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ  
 မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်  
 ရေဆင်း၊ နေပြည်တော်