

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်

Lot 13 Lab Equipment Specifications

No.	Item	Specifications	Quantity
1.	Veterinary Gas Anesthesia Machine and Accessories	<ul style="list-style-type: none"> - Volume (Manual Mode):20-1500ml - Gas Supply: O2: 0.25-0.65Mpa - Flowmeter: O2:0.1-10L/min - APL Valve: 0.5-6.0kPa - O2 Flush:25-75L/min - CO2 Canister:1000ml - Ventilation Mode: Closed, Semi-closed, Semi-open - Minimum gas leakage,60cm H2O peak pressure protection 	1 No
2	Veterinary Patient Monitor (12.1")	<ul style="list-style-type: none"> - 12.1 inch LCD Display - ECG-3 Channel Wave Form - Spo2 (Perfusion index) - NIBP - Temp, Resp - Power Supply-100-240 VAC,50/60Hz - Battery-2.2Ah 14.8 V rechargeable battery 	1 No
3	Veterinary Infusion Pump UNB12V	<ul style="list-style-type: none"> - Bright color and large LCD Touch Screen - Intelligent pressure detection and occlusion detection - Audiovisual alarm, shockproof and waterproof - Autosave 2000 infusion record - Real time display infusion mode Rate mode, Drip mode, Micro mode 	1 No