

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊  
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်

**Lot 14 Lab Equipment Specifications**

No.	Item	Specifications	Quantity
1.	Vet Use ECG machine	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Channal with Monitor (Screen)</li> <li>- Print waveform by thermal printing system</li> <li>- Automatic ECG parameter measurement and annotate abnormal parameter</li> <li>- paper speed: 25mm/s, 50mm/s</li> <li>- Sensitivity: 5, 10, 20 mm/mv</li> <li>- Lead- off detection and indication</li> </ul>	1 No
2	Vet Scan Sediment Analyzer & Urine Analyzer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalized microscopy image</li> <li>- Can store up to 96 high resolution image per sample.</li> <li>- The scan can detect 14 parameters including ketones, bilirubin, glucose, protein, pH, blood, specific gravity, microalbumin, and urine protein:creatinine (UPC) ratio, using two types of tese strips (UA10 or UA14) within 60 seconds using a four wavelength method.</li> <li>- It use four wavelength reflectance method for analysis.</li> <li>- The Vet scan Urine analyzer is a LCD touch screen display 500 sample memory.</li> </ul>	1 No